

# ЗАО «ЗЕЛЕНАЯ ДУБРАВА»

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование: Микротупферы стоматологически коллагеновые  
конусные с сангвиритрином стерильные

Серия: 0818/08

Размер: (9,0x5,0)мм

Количество: 1000 шт.

Дата изготовления: 08.2018

Срок годности: 3 года с даты стерилизации

Условия хранения: хранить в сухом помещении, при комнатной температуре

Испытания проведены по ТУ 9391-002-13380984-2007

№ п/п	Наименование показателя	Характеристика и норма	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы. Микротупферы должны иметь ровные без разломачивания края	Высокопористая губка желтого цвета со специфическим запахом, конусовидной формы с ровными без разломачивания краями
2	Основные размеры, мм -высота -диаметр основания	9,0±1,0 5,0±1,0	Соответствует
3	Потеря в массе при высушивании, %	Не более 18	12,6
4	рН	От 4,5 до 7,5	4,81
5	Впитываемость, г/г	Не менее 20	39,6
6	Стерильность	Препарат должен быть стерильным	Соответствует
7	Герметичность упаковки	Упаковка должна быть герметичной	Соответствует
8	Упаковка	В соответствии с ТУ	Соответствует
9	Маркировка	В соответствии с ТУ	Соответствует

Заключение: Микротупферы стоматологические коллагеновые конусные с сангвиритрином соответствуют ТУ 9391-002-13380984-2007

Лаборант

/Устюгов В.И./

Начальник ОККС

/ Горнак О.Б./

Дата: 13.08.2018г.

